



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 340 del 19/04/2019

PROPONENTE: S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti

**OGGETTO: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI N. 2 MAMMOGRAFI DIGITALI DI
MARCA GE INSTALLATI PRESSO LA S.C. RADIODIAGNOSTICA EDIFICIO
DAY HOSPITAL – CIG Z0228003BB**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI N. 2 MAMMOGRAFI DIGITALI DI MARCA GE INSTALLATI PRESSO LA S.C. RADIODIAGNOSTICA EDIFICIO DAY HOSPITAL – CIG Z0228003BB

Direttore S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti

Premesso

che sono installati presso la S.C. Radiodiagnostica Day Hospital n. 2 mammografi digitali con relativi accessori s.n. B5140611 e s.n. B5140613;

che fino al 30/09/2018 l'Istituto gestiva tali apparecchiature con un regime manutentivo di tipo full risk (giusto contratto CR/498 del 04/06/2018) ;

che le n. 2 apparecchiature mammografiche, identificate dal CND Z110302, erano e sono ricomprese nell' Allegato B/1: CLASSI TECNOLOGICHE_APPARECCHIATURE A CANONE della procedura di gara centralizzata SIGMA;

che dal 30/09/2018 per intervenute circostanze correlate agli esiti e alle vicende giudiziarie della procedura di gara centralizzata SIGMA non è stato possibile programmare le procedure per l' affidamento di un servizio manutentivo di tipo full risk come di seguito meglio dettagliato;

Atteso

che alla luce della scadenza del succitato contratto CR/498 del 04/06/2018 al fine di garantire il regime manutentivo full risk senza soluzione di continuità il Servizio Tecnico aveva, nel marzo 2018, avviato le procedure per l'affidamento della manutenzione full risk;

che in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità era stato indetto un' avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell' Art. 66. “Consultazioni preliminari di mercato” del D. Lgs 50/2016 e in adempimento alle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, al fine di verificare l'esistenza di altri operatori economici, oltre il produttore, interessati a partecipare all' affidamento del servizio di assistenza tecnica full risk per n. 2 mammografi digitali modello Senographe DS marca GE ed n. 1 apparecchiatura CT modello OPTIMA CT 660 di marca GE;

che in seguito all'indagine di mercato indetta con avviso pubblico sul sito istituzionale in data 21/03/2018, con scadenza in data 05/04/2018, sull'albo pretorio del Comune di Napoli, sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici” sono pervenute a mezzo pec entro i termini stabiliti nell'avviso manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da parte di più operatori economici per l'affidamento del servizio in oggetto;

che a seguito dell'attivazione in data 21/05/2018 della Convenzione REP 89/19 “SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE – BIOMEDICHE - (S.I.G.M.A.) DELLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA” è stato necessario riprogrammare la procedura di affidamento del servizio di manutenzione full risk atteso che lo stesso era ricompreso nella procedura di gara centralizzata SIGMA aggiudicata da So.re.sa. S.p.a.;

che con delibera n. 546 del 05/07/2018 l'Istituto ha disposto l'adesione alla convenzione So.re.sa S.p.a. REP 89/19 con data presunta delle attività dal 01/10/2018 e che pertanto non era stata prorogato il contratto di manutenzione full risk relativo ai mammografi atteso l'imminente avvio del servizio da parte della ditta aggiudicataria della procedura di gara centralizzata So.re.sa. S.p.a.;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

che le attività propedeutiche per l'avvio del servizio hanno determinato tempi per cui si era rinviato l'avvio del servizio, da parte dell'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara centralizzata, al 01/01/2019;

che con delibera n. 88 del 12/02/2019 l'Istituto ha disposto l'annullamento dell'ordinativo di fornitura emesso in data 25/10/2018 sulla piattaforma SIAPS "RTI EBM Spa ALTHEA - LT.5 - GARA SIGMA" attesa la comunicazione prot. SRA-0024418-2018 del 14/11/2018 ricevuta da So.re.sa. S.p.a. in cui si rappresentava l'annullamento della procedura di gara centralizzata e si stimava la riattivazione della convenzione nel mese di Aprile 2019;

che nella medesima nota SRA-0024418-2018 del 14/11/2018 veniva rappresentata da So.re.sa. S.p.a. l'esigenza che il corrispettivo del servizio di manutenzione avrebbe dovuto tenere conto dei prezzi di riferimento della procedura centralizzata, nelle more dell'attivazione della stessa prevista per Aprile 2019;

che la S.C. Progettazione e Manutenzione Edile ed Impianti- S.S. Ingegneria Clinica, al fine di garantire il servizio manutentivo full risk sui n. 2 mammografi, ha condotto un'indagine di mercato nel mese di febbraio 2019 invitando vari operatori economici a formulare un'offerta secondo i prezzi di riferimento di So.re.sa. S.p.a.;

che l'esito dell'indagine di mercato condotta è stato infruttuoso;

che gli esiti e le vicende giudiziarie correlate alla procedura di gara centralizzata SIGMA hanno avuto un grosso impatto nella programmazione di tutte le attività manutentive inerenti le apparecchiature biomediche dell'Istituto e in particolare nella programmazione e gestione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione full risk sui due mammografi digitali installati presso la Radiologia Day Hospital;

Considerato

che con nota RD-4 del 25/03/2019 il Direttore della S.C. Radiodiagnostica comunicava il malf funzionamento del mammografo s.n. B5140613 in combinazione con il sistema stereotassico;

che il Servizio Tecnico in pari data chiedeva alla ditta Ge Medical Systems S.p.a. di effettuare sopralluogo urgente ai fini di valutazione del guasto;

che la ditta GE formulava preventivo n. 84283861/01 del 25/03/2019 per la sola attività di sopralluogo;

che il Servizio Tecnico chiedeva a mezzo mail in data 26/03/2019 alla ditta GE di procedere al sopralluogo;

che a seguito del sopralluogo effettuato la ditta Ge Medical Systems S.p.a. formulava preventivo di riparazione n. 84283861/ 02 del 29/03/2019 dell'importo di € 12.309,00 oltre iva al 22%;

che il Servizio Tecnico chiedeva a mezzo mail in data 01/04/2019 alla ditta Ge Medical Systems S.p.a. di praticare un congruo sconto vista l'onerosità del preventivo;

che la ditta Ge Medical Systems S.p.a. accordava uno sconto del 30% sul preventivo formulato con offerta n. 84283861/ 03 del 01/04/2019 acquisita al prot. 3902 del 02/04/2019 per l'importo complessivo di € 8.616,30 oltre iva al 22%;

che in data 28/03/2019 il Direttore della S.C. Radiodiagnostica segnalava il guasto del secondo mammografo s.n. B5140611 (presumibilmente batteria UPS in esaurimento);

che il Servizio Tecnico chiedeva a mezzo mail in data 28/03/2019 alle ditte Ge Medical Systems S.p.a. e Parthenope Service s.r.l. di effettuare sopralluogo ai fini di formulazione preventivo chiedendo riscontro entro 3 giorni solari data la contemporaneità dei guasti sulle due apparecchiature mammografiche e le eventuali difficoltà nell'erogazione delle prestazioni assistenziali che sarebbero potute scaturire da un fermo macchina di entrambe le apparecchiature mammografiche;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

che la richiesta di preventivo è stata riscontrata dalla sola ditta Ge Medical Systems S.p.a. con preventivo 83906861/ 01 del 03/04/2019 dell'importo di € 1.961,91 oltre Iva;
che in data 08/04/2019 il Servizio Tecnico chiedeva alla ditta GE di praticare un congruo sconto sul preventivo formulato e valutare la possibilità di eliminare dal preventivo n. 83906861/ 01 del 03/04/2019 le spese di diritto di chiamata e viaggio nel caso di affidamento dell'attività di ripristino di entrambe i mammografi;
che a seguito della richiesta del Servizio Tecnico la ditta Ge Medical Systems S.p.a. formulava nuova offerta n. 83906861/ 03 del 09/04/2019 dell'importo di € 1.142,34 oltre Iva;
che in data 10/04/2019 il Direttore della S.C. Radiodiagnostica comunicava il fermo del mammografo s.n. B5140613 con nota prot. RD/1 del 10/04/2019;
che vista l'urgenza rappresentata dal Direttore della S.C. Radiodiagnostica il Servizio Tecnico autorizzava a mezzo mail in data 10/04/2019 (sulla scorta delle offerte n. 83906861/ 03 del 09/04/2019 e n. 84283861/ 03 del 01/04/2019) la ditta GE ad intervenire con urgenza e ripristinare la funzionalità dei n. 2 mammografi s.n. B5140613 e s.n. B5140611 nelle more della formalizzazione degli atti amministrativi;

Richiamata

La Raccomandazione n. 9 del Ministero della Salute del 9 aprile 2009 avente come obiettivo la riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi;

Rilevato

che la spesa per l'attiva di ripristino dei due mammografi è di importo pari a € 9.758,64 oltre Iva al 22% per un importo complessivo Iva inclusa al 22% pari a € 11.905,54;

Visto

il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni

Vista

la Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

PROPONE

1. di formalizzare l'affidamento dell'attività di ripristino di n. 2 mammografi marca GE s.n. B5140611 e s.n. B5140613 alla ditta Ge Medical Systems S.p.a. per l'importo complessivo di € 9.758,64 oltre Iva al 22% pari a € 2.146,90 per un importo complessivo di € 11.905,54 Iva inclusa al 22%;
2. di dare mandato al SEF di impegnare l'importo di € 9.758,64 oltre Iva al 22% pari a € 2.146,90 per un importo complessivo di € 11.905,54 Iva inclusa al 22%;
3. sullo specifico conto dell'Istituto nell'anno 2019;
4. di autorizzare la pubblicazione integrale sul sito internet aziendale;
5. di rendere la presente deliberazione provvisoriamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

In virtù

dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 525 del 03.10.2016;

Letta e valutata

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'UOC Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti;

Preso atto

che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito

il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

1. di formalizzare l'affidamento dell'attività di ripristino di n. 2 mammografi marca GE s.n. B5140611 e s.n. B5140613 alla ditta Ge Medical Systems S.p.a. per l'importo complessivo di € 9.758,64 oltre Iva al 22% pari a € 2.146,90 per un importo complessivo di € 11.905,54 iva inclusa al 22%;
2. di dare mandato al SEF di impegnare l'importo di € 9.758,64 oltre Iva al 22% pari a € 2.146,90 per un importo complessivo di € 11.905,54 iva inclusa al 22%;
3. sullo specifico conto dell'Istituto nell'anno 2019;
4. di autorizzare la pubblicazione integrale sul sito internet aziendale;
5. di rendere la presente deliberazione provvisoriamente esecutiva.

Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa proponente è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione ed è responsabile del relativo procedimento.

Il Direttore Generale
Dott. Attilio A.M. Bianchi

**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

DELIBERAZIONE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:129		del 15/04/2019	
Budget Economico:	2019		
Codice Conto:	50303010101		
Descrizione:	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA ALLE ATTREZZATURE		
Presente Autorizzazione:	€11.905,54	n° 898	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Napoli li, 15/04/2019

il Direttore
S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Sergio Russo

Redatto Da: Loredana Aragri il 15/04/2019 13:33



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Deliberazione N. 340 del 19/04/2019

PROPONENTE: S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti

OGGETTO: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI N. 2 MAMMOGRAFI DIGITALI DI MARCA GE
INSTALLATI PRESSO LA S.C. RADIODIAGNOSTICA EDIFICIO DAY HOSPITAL – CIG
Z0228003BB

In pubblicazione dal 19/04/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore Elisa Regina

Elenco firmatari

Ciro Frattolillo - S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti

Sergio Russo - S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Rosa Martino - Direttore Sanitario

Carmine Mariano - Direttore Amministrativo

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Attilio Bianchi - Direttore Generale